

KALİBRASYON/DOĞRULAMA PLANI TAKİP LİSTESİ

Yayın Tarihi: 01.01.2024 | Doküman Kodu: FRM-KAL-001 | Rev.01

Toplam Cihaz: 10
Rapor Tarihi: 30.05.2026 00:28

No	İşlem	Cihaz Adı	Marka	Cihaz No	Ölçü Aralığı	Seri No	Kullanım Yeri	Kullanan	Kal.Firma	Sertifika No	Periyot	Son Kal.	Gelecek Kal.	Kal.Durumu	Hassaslık	Min.Tol.	Max.Sapma	Belirsizlik	Toplam	Sonuç
1	Dış kalibrasyon	KUMPAS (Dijital)	Mahr	MTK-01	0-150mm	810700783J	KALİTE	ALİ VELİ	SMS	81564-MTE03	1 YIL	05.05.2026	05.05.2027	ZAMANI VAR (339 gün)	0.0100 mm	0.0500 mm	0.0030 mm	0.0013 mm	0.0043 mm	Ölçüm Ekipmanı
2	Dış kalibrasyon	KUMPAS (Dijital)	Mahr	MTK-02	0-150mm	22030670	KALİTE	Süleyman ERBEK	SMS	81564-MTE-05	2 YIL	05.05.2026	05.05.2028	ZAMANI VAR (705 gün)	0.0100 mm	0.0500 mm	0.0033 mm	0.0013 mm	0.0046 mm	Ölçüm Ekipmanı
3	Dış kalibrasyon	Dj. SICAKLIK ÖLÇER	TETSO	MTS-01	0-300	34815069/907	ÜRETİM	İZZET ERBEK	SMS	81564-MTE-02	1 YIL	18.11.2022	18.11.2023	GEÇİKME VAR	0.1000 °C	20.0000 °C	0.1700 °C	0.1300 °C	0.3000 °C	Ölçüm Ekipmanı
4	Dış kalibrasyon	HASSAS TERAZİ (Dijital)	HODBEHOD	MTH-01	600gram		KALİTE	ALİ VELİ	SMS	87672-MTE-01	1 YIL	04.10.2023	04.10.2024	GEÇİKME VAR	0.0100 gr	1.0000 gr	0.0000 gr	0.0082 gr	0.0082 gr	Ölçüm Ekipmanı
5	Dış kalibrasyon	HASSAS TERAZİ (Dijital)	HODBEHOD	MTH-02	600gram		ÜRETİM	İZZET ERBEK	SMS	87778-MTE-02	1 YIL	09.10.2023	09.10.2024	GEÇİKME VAR	0.0100 gr	1.0000 gr	0.0800 gr	0.0200 gr	0.1000 gr	Ölçüm Ekipmanı
6	Dış kalibrasyon	TERAZİ	OKYAR	MTT-01	150 kg.	22-4556664	ÜRETİM	Genel	SMS	81661-MTE-02	1 YIL	06.12.2022	06.12.2023	GEÇİKME VAR	0.0020 gr	1.0000 gr	0.0260 gr	0.0105 gr	0.0365 gr	Ölçüm Ekipmanı
7	Dış kalibrasyon	TERAZİ	DENSİ	MTT-02	150 kg.	210713	ÜRETİM	Genel	SMS	81661-MTE-03	1 YIL	06.12.2022	06.12.2023	GEÇİKME VAR	0.0100 gr	1.0000 gr	0.0000 kg	0.0124 kg	0.0124 kg	Ölçüm Ekipmanı
8	Dış kalibrasyon	FIRIN	MOTAN	FRN-1	85°	87778.MTE.01	ÜRETİM	Genel	SMS	87778.MTE.01	2 YIL	09.10.2023	09.10.2025	GEÇİKME VAR	0.0100 gr	1.0000 gr	0.4600 kg	0.0124 kg	0.4724 kg	Ölçüm Ekipmanı
9	Dış kalibrasyon	FIRIN	MOTAN	FRN	85°	87778.MTE.03	ÜRETİM	Genel	SMS	87778.MTE.03	2 YIL	09.10.2023	09.10.2025	GEÇİKME VAR	0.0100 gr	1.0000 gr	0.4600 kg	0.0124 kg	0.4724 kg	Ölçüm Ekipmanı
10	Dış kalibrasyon	Dijital Kumpas 200 mm	Mahr	K0015	0-200mm	810700783J56	KALİTE	ALİ VELİ	SMS	81564-MTE035	1 YIL	05.05.2026	05.05.2027	ZAMANI VAR (339 gün)	0.0000 mm	0.0000 mm	0.0000 mm	0.0000 mm	0.0000 mm	TOLERANS TAĞİTİ DEĞİL

No	İşlem	Cihaz Adı	Marka	Cihaz No	Ölçü Aralığı	Seri No	Kullanım Yeri	Kullanan	Kal.Firma	Sertifika No	Periyot	Son Kal.	Gelecek Kal.	Kal.Durumu	Hassaslık	Min.Tol.	Max.Sapma	Belirsizlik	Toplam	Sonuç
----	-------	-----------	-------	----------	--------------	---------	---------------	----------	-----------	--------------	---------	----------	--------------	------------	-----------	----------	-----------	-------------	--------	-------

FRM-KAL-001 |
Rev.01 |
Rev.Tarihi:
01.01.2024 |
Revizyon
Nedeni: İlk
yayın

Bu rapor
30.05.2026
00:28 tarihinde
oluşturulmuştur.